

## Oljedirektoratet

Professor Olav Hanssens vei 10, 4003 Stavanger

## **ENERGINET** Systemansvar

Energinet  
Tonne Kjærvej 65  
DK-7000 Fredericia

+45 70 10 22 44  
info@energinet.dk  
CVR-nr. 39 31 49 59

Dato:  
1. november 2022

Forfatter:  
JBR/JBR

# HØRINGSSVAR PÅ MÅLEFORSKRIFT

Kære Oljedirektoratet

Energinet, som er ejer af den danske modtageterminale fra EPII grenrøret på Nybro ved Varde i Danmark, har modtaget oplysninger om høring af måleforskriften fra Alf Magne Andreassen 7. oktober 2022. Energinet fik på det tidspunkt den opfattelse at den udvidede høringsfrist, som Offshore-Norge havde fået, var en generel forlængelse af frist, hvorfor undertegnede troede, at jeg kunne indsende Energinet høringssvar parallelt. Dette var ikke tiltænkt, men Alf Magne Andreassen har 31/10-2022 bekræftet at Energinet kan indsende kommentarer parallelt med angivelse af denne misforståelse som årsag.

## Energinets kommentarer til Måleforskriften i høring.

§86 (2) "En gasmåler skal minst kalibreres hvert femte år".

Energinet oplever, at gasbranchen bevæger sig væk fra terminstyret vedligehold mod tilstandsbaseret vedligehold, som er en del af kernen for asset management ledelsessystemer. Dette gælder også for gasmålesystemer. Derfor virker et konkret tidsfastsat interval svært foreneligt med asset management principperne.

Den mulige undtagelse med "urimelig høje kostnader", er baseret alene på vurdering omkostningerne. Omkostningerne kunne i stedet sammenholdes med den forventede værdi af et udvidet kalibreringsinterval som en nuanceret tilgang til kalibreringsintervallet.

Desuden kan det nævnes, at Energinet har haft en velfungerende praksis med kalibrering hvert 8 år for gasmålere i igennem mange år.

Med venlig hilsen

**Jesper Bruun Munkegaard Hvid**

jbr@energinet.dk  
Energinet Systemansvar